

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้เก็บวัคซีน เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับ 2°C - 8°C

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ และมาตรา ๔๔ (๑) เฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ หรือที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ ไว้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขที่มาตรฐาน	รายละเอียด		อัตราค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง ๑ ชุด (บาท)	หมายเหตุ	
ตู้เก็บวัคซีน เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่มที่ 1 ช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับ 2°C - 8°C	มอก. 3245-2564	คุณลักษณะที่ต้องการ	ทั่วไป	ความแข็งแรงและความแข็งแรง	๓๐๐	
				ท่อและข้อต่อ	๓๐๐	
				การระบายน้ำทิ้งที่เกิดจากการควบแน่น	๓๐๐	
				ลักษณะของตู้เก็บวัคซีน	๓๐๐	
				รอยต่อและตะเข็บ	๓๐๐	
				ระบบทำความเย็น	๓๐๐	
				อุณหภูมิช่องเก็บ (Storage temperature)	๔๘,๐๐๐	
		อุณหภูมิหลังการเปิดประตู (temperature after door opening)	๖,๐๐๐			

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	เลขที่ มาตรฐาน	รายละเอียด		อัตราค่าใช้จ่าย ต่อตัวอย่าง ๑ ชุด (บาท)	หมายเหตุ
			อุณหภูมิภายในเมื่อไฟฟ้าดับ (temperature on holdover time)	๖,๐๐๐	
			สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิ ต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วงอุณหภูมิ ที่ยอมรับได้		
			อุปกรณ์เตือน (alarm device)	๑,๐๐๐	
			การแสดงผลกับผู้ใช้ (user interface)	๓๐๐	
		เครื่องหมายและฉลาก		๕๐๐	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม