

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๖๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อต่อขนาดเล็กใช้กับของเหลวและก๊าซที่ใช้ในงานการดูแลสุขภาพ

เล่ม ๗ ข้อต่อสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง

และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อต่อขนาดเล็กใช้กับของเหลวและก๊าซที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ

เล่ม ๗ ข้อต่อสำหรับเครื่องมือแพทย์ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อขนาดเล็กใช้กับของเหลวและก๊าซที่ใช้ในงานการดูแลสุขภาพ เล่ม ๗ ข้อต่อสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2990 เล่ม 7 - 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๕๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อรูปกรวยความเรียวย้อยละ ๖ (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม ๑ คุณสมบัติทั้งหมด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อรูปกรวยความเรียวย้อยละ ๖ (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม ๒ ข้อต่อล็อก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อขนาดเล็กใช้กับของเหลวและก๊าซที่ใช้ในงานการดูแลสุขภาพ เล่ม ๗ ข้อต่อสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อขนาดเล็กใช้กับของเหลวและก๊าซที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ เล่ม ๗ ข้อต่อสำหรับเครื่องมือแพทย์ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2990 เล่ม 7 - 2565 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อมาตรฐาน	: ข้อต่อขนาดเล็กใช้กับของเหลวและก๊าซที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ เล่ม 7 ข้อต่อสำหรับเครื่องมือแพทย์ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง SMALL-BORE CONNECTORS FOR LIQUIDS AND GASES IN HEALTHCARE APPLICATIONS – PART 7 : CONNECTORS FOR INTRAVASCULAR OR HYPODERMIC APPLICATIONS
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 2990 เล่ม 7-2565
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 21/16 เข็มฉีดยา
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดมิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และสมรรถนะที่ต้องการของข้อต่อขนาดเล็กที่ใช้สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับหลอดเลือดหรือใต้ผิวหนัง เช่น กระจกฉีดยาและเข็มฉีดยา และชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมข้อต่อขนาดเล็กที่ใช้กับชุดฟอกไต และข้อต่อขนาดเล็กสำหรับเข็มเจาะภาชนะบรรจุ - รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 80369-7:2021 ข้อ 1.
เนื้อหาประกอบด้วย	: บทนำ ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยามและความหมาย วิธีทดสอบสำหรับข้อต่อขนาดเล็ก ข้อกำหนดมิติสำหรับข้อต่อขนาดเล็ก ข้อกำหนดสมรรถนะสำหรับข้อต่อลูกเออร์ ภาคผนวก และบรรณานุกรม
จำนวนหน้า	: ๖๒ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๑๖๙-๒
ICS	: ๑๑.๐๔๐.๒๕
สถานที่จัดเก็บ	: ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑
สถานที่จำหน่าย	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ https://www.tisi.go.th