

ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความยาว

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัดได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้สำนักงานกลางชั่งตวงวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบต้นแบบตามรายการที่กำหนด ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในพินัยกรรมคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ต้นแบบเครื่องวัดความยาว” (Type หรือ Pattern) หมายความว่า แม่แบบหรือแบบร่าง (Drawing) ของเครื่องวัดความยาวที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า

ข้อ ๓ การทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความยาว ให้หน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบและหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ต้นแบบเครื่องวัดความยาวมีความถูกต้องเที่ยงตรง และเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความยาว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และประกาศระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑) การตรวจสอบลักษณะของต้นแบบเครื่องวัดความยาว เป็นการตรวจสอบลักษณะทั่วไปก่อนทดสอบทางเทคนิคตาม (๒) โดยทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(ก) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบเครื่องวัดความยาว ต้องทำด้วยวัสดุที่ดี มีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของต้นแบบเครื่องวัดความยาวต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชำรุด โค้งงอ หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของต้นแบบเครื่องวัดความยาว รวมทั้งรายละเอียดและการแสดงค่าต่าง ๆ บนต้นแบบเครื่องวัดความยาว ต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก ทั้งนี้ การตรวจสอบทางกายภาพให้ตรวจสอบตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๑ ท้ายประกาศนี้

(ข) การตรวจสอบความกว้างของชั้นหมายมาตรา (Inspection of Width of Scale Mark) เป็นการตรวจสอบความกว้างของชั้นหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามตำแหน่งที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๒ ท้ายประกาศนี้

(ค) การตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตรา (Inspection of Width of Scale Interval) เป็นการตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามตำแหน่งที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้

(ง) การตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกัน (Inspection of Width of Two Adjacent Scale Intervals) เป็นการตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกันของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามตำแหน่งที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความกว้างของช่วงขั้วหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกันของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๔ ท้ายประกาศนี้

(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการทดสอบความถูกต้อง เทียงตรงของต้นแบบเครื่องวัดความยาวโดยทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(ก) การทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test) เป็นการทดสอบระยะระหว่างขั้วหมายมาตราสองขั้วหมายมาตราที่ไม่ติดกัน และระหว่างขั้วหมายมาตราศูนย์ถึงขั้วหมายมาตราสูงสุด โดยผลการวัดค่าความยาวของต้นแบบเครื่องวัดความยาวต้องถูกต้อง เทียงตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบความเที่ยงของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๕ ท้ายประกาศนี้

(ข) การทดสอบความทนทานต่อแรงดึง (Tension Test) เป็นการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงของต้นแบบเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ชนิดสายแถบโลหะ และโซ่ และชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกดิ่ง โดยผลของการทดสอบต้องมีความถูกต้อง เทียงตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบความทนทานต่อแรงดึงของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๖ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ เมื่อหน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามข้อ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานการทดสอบ ตามแบบ ทส. ๓๐๒๑-๖ ท้ายประกาศนี้ และส่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmttype@gmail.com) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทำการทดสอบเสร็จสิ้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องวัดความยาวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วัฒน์ศักย์ เสือเอี่ยม

อธิบดีกรมการค้าภายใน

รายงานการทดสอบของหน่วยทดสอบ..... (ระบุชื่อ).....

ซึ่งเป็นผู้ทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความยาว

ชนิดเครื่องวัดความยาว

ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า รุ่น พิกัดกำลัง เมตร

ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบเครื่องวัดความยาว ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๑	ทำด้วยวัสดุที่ดี			
๒	ทำด้วยโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ไยสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นใด ที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัดตรวจสอบแล้วว่า มีคุณสมบัติใช้แทนกันได้			
๓	เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง ต้องทำให้เกลี้ยง เรียบ ตรง และพับม้วนไม่ได้			
๔	เครื่องวัดความยาวชนิดพับได้ ต้องทำให้ทุกส่วน หยุดลงรอยต่อกันพอดีเมื่อกางซึ่งออก			
๕	ค่าชั้นหมายมาตรา ต้องมีค่า ๑×๑๐^k หรือ ๒×๑๐^k หรือ ๕×๑๐^k เมตร โดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์			
๖	ชั้นหมายมาตรา ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ต้องอ่านง่าย ชัดเจน สบเลื่อนยาก			
๗	ความยาวของชั้นหมายมาตราใหญ่ ต้องเห็นได้ ชัดเจน อ่านง่าย มีลักษณะถาวร และยาวกว่า ชั้นหมายมาตราเล็ก			
๘	ชั้นหมายมาตราต้องทำให้ได้มุมฉากกับริมของ เครื่องวัดความยาว			


ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบเครื่องวัดความยาว ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๙	ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก - ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า - รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง - พิกัดกำลัง			
๑๐	เครื่องวัดความยาวแต่ละชนิดให้มีพิกัดกำลัง ดังต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> ชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ ให้มีพิกัด กำลังไม่เกิน ๑๕ เมตร <input type="checkbox"/> ชนิดบรรทัดตรง ให้มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๕ เมตร <input type="checkbox"/> ชนิดพับได้ ให้มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๕ เมตร <input type="checkbox"/> ชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ โดยไม่มี ตัวเรือนและอุปกรณ์หมุนเก็บ ให้มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๕ เมตร <input type="checkbox"/> ชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ โดยมี ตัวเรือนและอุปกรณ์หมุนเก็บ ให้มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๑๐๐ เมตร <input type="checkbox"/> ชนิดสายแถบโลหะและโซ่ ให้มีพิกัดกำลังเริ่ม ตั้งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๒๐๐ เมตร <input type="checkbox"/> ชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกดิ่ง ให้มี พิกัดกำลังเริ่มตั้งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๕๐ เมตร			
๑๑	พิกัดกำลังต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน ลบเลือนยาก ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย หรือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่รัฐมนตรีกำหนด			

ตารางที่ ๒ ผลการตรวจสอบความกว้างของชั้นหมายเลข (Inspection of Width of Scale Mark)

ชนิดเครื่องวัดความยาว

ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า รุ่น.....

พิกัดกำลัง เมตร ช่องชั้นหมายเลข มิลลิเมตร



- ๑. ความกว้างของชั้นหมายเลข ต้องไม่กว้างกว่ากึ่งหนึ่งของช่องชั้นหมายเลขเล็กสุด
- ๒. ความกว้างของชั้นหมายเลข ต้องไม่กว้างกว่า ๐.๗๕ มม.
- ๓. กรณีช่องชั้นหมายเลขกว้างมากกว่า ๒ เซนติเมตร ความกว้างของชั้นหมายเลขต้องไม่มากกว่า ๒ มม.

ชั้นหมายเลขที่ทดสอบ (เมตร)	ความกว้างชั้นหมายเลขที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ความกว้างของชั้นหมายเลขที่วัดได้ต้องไม่เกิน (มิลลิเมตร)	ผลการทดสอบ
ระยะระหว่าง ๐ ถึง ๕๐ เซนติเมตร			<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ถึง ๑๐๐ เซนติเมตร			<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ก่อนถึงกึ่งหนึ่งของพิกัดกำลัง			<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ก่อนถึงพิกัดกำลัง			<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา ความกว้างของชั้นหมายเลข ต้องไม่กว้างกว่ากึ่งหนึ่งของช่องชั้นหมายเลขเล็กสุด และไม่เกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร ถ้าช่องชั้นหมายเลขกว้างมากกว่า ๒ เซนติเมตร ความกว้างของชั้นหมายเลข ต้องไม่มากกว่า ๒ มิลลิเมตร ให้ถือว่าผ่านการตรวจสอบ

ผลการทดสอบ

ผ่าน


ไม่ผ่าน

ตารางที่ ๓ ผลการตรวจสอบความกว้างของช่องชั้นหมายเลข (Inspection of Width of Scale Interval)

ชนิดเครื่องวัดความยาว

ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า รุ่น.....

พิกัดกำลัง เมตร ช่องชั้นหมายเลข มิลลิเมตร



- เลือกวิธีที่ : ๑. วัดความกว้างระหว่างขอบด้านขวาของชั้นหมายเลขที่อยู่ติดกัน
 ๒. วัดความกว้างระหว่างกึ่งกลางชั้นหมายเลขที่อยู่ติดกัน
 ๓. วัดความกว้างระหว่างขอบด้านซ้ายของชั้นหมายเลขที่อยู่ติดกัน

ระยะที่ทดสอบ (เมตร)	ช่องชั้นหมายเลข มาตราที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ความคลาดเคลื่อน ช่องชั้นหมายเลข (มิลลิเมตร)	อัตรา เผื่อเหลือเผื่อขาด (มิลลิเมตร)	ผลการทดสอบ
ระยะระหว่าง ๐ ถึง ๕๐ เซนติเมตร				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ถึง ๑๐๐ เซนติเมตร				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ก่อนถึงกึ่งหนึ่ง ของพิกัดกำลัง				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ก่อนถึงพิกัดกำลัง				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา

(๑) สำหรับเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะและโซ่ และเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่ง

ข้อขึ้นหมายมาตรา	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	๐.๒ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร	๐.๔ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร	๐.๕ มิลลิเมตร

(๒) สำหรับเครื่องวัดความยาวชนิดพับได้ และเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์

ข้อขึ้นหมายมาตรา	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	๐.๓ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร	๐.๖ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร	๑.๐ มิลลิเมตร

ผลการทดสอบ

ผ่าน


ไม่ผ่าน

ตารางที่ ๔ ผลการตรวจสอบความกว้างของช่องชั้นหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกัน (Inspection of Width of Two Adjacent Scale Intervals)

ชนิดเครื่องวัดความยาว

ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า รุ่น

พิกัดกำลัง เมตร ช่องชั้นหมายมาตรา มิลลิเมตร



- เลือกวิธีที่ : ๑. วัดความกว้างระหว่างขอบด้านขวาของชั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกันจำนวนสองช่องชั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน
๒. วัดความกว้างระหว่างกึ่งกลางชั้นหมายมาตราของชั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกันจำนวนสองช่องชั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน
๓. วัดความกว้างระหว่างขอบด้านซ้ายของชั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกันจำนวนสองช่องชั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน

ระยะที่ทดสอบ (เมตร)	ที่ระยะ (ช่องที่ ๑)/ ช่องชั้นหมายมาตรา ที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ที่ระยะ (ช่องที่ ๒)/ ช่องชั้นหมายมาตรา ที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ผลต่าง ช่องชั้นหมาย มาตรา (มิลลิเมตร)	อัตรา เพื่อเหลือ เพื่อขาด (มิลลิเมตร)	ผลการทดสอบ
ระยะระหว่าง ๐ ถึง ๕๐ เซนติเมตร					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ถึง ๑๐๐ เซนติเมตร					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ก่อนถึงกึ่งหนึ่ง ของพิกัดกำลัง					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
ระยะระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ก่อนถึงพิกัดกำลัง					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา

(๑) สำหรับเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะและโซ่ และเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกตั้ง

ช่องชั้นหมายเลขมาตรา	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	๐.๒ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร	๐.๔ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร	๐.๕ มิลลิเมตร

(๒) สำหรับเครื่องวัดความยาวชนิดพับได้ และเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์

ช่องชั้นหมายเลขมาตรา	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	๐.๓ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร	๐.๖ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร	๑.๐ มิลลิเมตร

ผลการทดสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test)

ชนิดเครื่องวัดความยาว พิกัดกำลัง เมตร

ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า รุ่น

ระยะที่ทดสอบ	ระยะที่ทดสอบ (เมตร)	ความยาวที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด (MPE) (มิลลิเมตร)	ผลการทดสอบ
๑๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๒๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๓๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๔๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๕๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๖๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๗๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๘๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๙๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
พิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา

ชนิดของเครื่องวัดความยาว	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดคำนวณจากสูตร
<ul style="list-style-type: none">สายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติบรรทัดตรงสายแถบโลหะและโซ่สายแถบโลหะที่ประกอปกับลูกดิ่ง	$0.3 + 0.2 L$
<ul style="list-style-type: none">พับได้สายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์	$0.6 + 0.4 L$

- เมื่อ L เท่ากับค่าความยาวระหว่างชั้นหมายมาตรา โดยมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตร ในกรณีที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นค่าของเลขจำนวนเต็ม

- กรณีเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอปกับลูกดิ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดระหว่างชั้นหมายมาตราบนลูกดิ่งที่ประกอปกับสายแถบโลหะกับชั้นหมายมาตราบนสายโลหะที่ระยะห่างไม่เกิน ๑ เมตรนั้น ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร

ผลการทดสอบ

ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา

ความคลาดเคลื่อน \leq อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด (MPE)

ตารางที่ ๖ ผลการทดสอบความทนทานต่อแรงดึง (Tension Test)

(เฉพาะชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ชนิดสายแถบโลหะและโซ่ และชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกดิ่ง)

ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า รุ่น พิกัดกำลัง เมตร

- แรงดึงที่ทดสอบ
- ชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ต้องทนแรงดึง ๒ กิโลกรัม
 - ชนิดสายแถบโลหะและโซ่ ต้องทนแรงดึง ๕ กิโลกรัม
 - ชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกดิ่ง ต้องทนแรงดึงได้อย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของลูกดิ่ง

ระยะที่ทดสอบ	ระยะที่ทดสอบ (เมตร)	ความยาวที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (MPE) (มิลลิเมตร)	ผลการทดสอบ
๑๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๒๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๓๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๔๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๕๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๖๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๗๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๘๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
๙๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
พิกัดกำลังสูงสุด					<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา

ชนิดของเครื่องวัดความยาว	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคำนวณจากสูตร
<ul style="list-style-type: none"> • สายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ • บรรทัดตรง • สายแถบโลหะและโซ่ • สายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกดิ่ง 	๐.๓ + ๐.๒ L
<ul style="list-style-type: none"> • พับได้ • สายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ 	๐.๖ + ๐.๔ L

- เมื่อ L เท่ากับค่าความยาวระหว่างชั้นหมายเลข โดยที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตร ในกรณีที่ไม่มีเป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นค่าของเลขจำนวนเต็ม

- กรณีเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบด้วยลูกดิ่ง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดระหว่างชั้นหมายเลขมาตรฐานบนลูกดิ่งที่ประกอบด้วยสายแถบโลหะกับชั้นหมายเลขบนสายโลหะที่ระยะห่างไม่เกิน ๑ เมตรนั้น ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร

ผลการทดสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา ความคลาดเคลื่อน ≤ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (MPE)

ตารางที่ ๗ สรุปผลการทดสอบ

ลำดับที่	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)		
๒	การตรวจสอบความกว้างของชั้นหมายเลข (Inspection of Width of Scale Mark)		
๓	การตรวจสอบความกว้างของช่องชั้นหมายเลข (Inspection of Width of Scale Interval)		
๔	การตรวจสอบความกว้างของช่องชั้นหมายเลขสองช่องที่อยู่ติดกัน (Inspection of Width of Two Adjacent Scale Intervals)		
๕	การทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test)		
๖	การทดสอบความทนทานต่อแรงดึง (Tension Test)		

ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....ผู้ทดสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงลายมือชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)) (.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.